

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Lindenstraße 11, 07426 Königsee

Analysenzertifikat

Bezeichnung:	Isopropylalkohol 70 % (V/V) Hofmann's® (500 ml)
Zul.-Nr.	1599.98.99
Ch.-B.:	1870324
Verwendbar bis:	03.2027
Herstellungsdatum:	04.03.2024 bis 07.03.2024
Datum der Prüfung:	04.03.2024 bis 07.03.2024
Prüfanweisung Nr.:	SOP K-450, Version Nr. 3

Qualitätsmerkmal	Spezifikation (Toleranzen, Anforderungen)	Ergebnisse
Aussehen	klare, farblose Lösung	klare, farblose Lösung
Geruch	charakteristisch	charakteristisch
Identität	Prüfung entspricht	Prüfung entspricht
Relative Dichte	0,875 bis 0,878	0,876
Gehalt Wasser	36,2 bis 38,3 % (m/m)	37,6 % (m/m)
Gehalt 2-Propanol	61,7 bis 63,8 % (m/m)	62,4 % (m/m)
Inhaltsmenge	500,0 ± 15 ml Durchschnittliche Inhaltsmenge: Mindestens 500,0 ml	entspricht 503,3 ml

Hiermit wird bescheinigt, dass obiges Produkt nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln hergestellt und geprüft wurde und der vorgegebenen Spezifikation zum Zeitpunkt der Freigabe entspricht.

Königsee, 13.03.2024
Ort, Datum


Samuel Schnabel
Sachkundige Person, § 14 AMG