

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Lindenstraße 11, 07426 Königsee

Analysenzertifikat

Bezeichnung: Isopropylalkohol 70 % (V/V) Hofmann's® (500 ml)
Zul.-Nr. 1599.98.99
Ch.-B.: 1841223
Verwendbar bis: 12.2026
Herstellungsdatum: 01.12.2023 bis 06.12.2023
Datum der Prüfung: 01.12.2023 bis 07.12.2023
Prüfanweisung Nr.: SOP K-450, Version Nr. 3

Qualitätsmerkmal	Spezifikation (Toleranzen, Anforderungen)	Ergebnisse
Aussehen	klare, farblose Lösung	klare, farblose Lösung
Geruch	charakteristisch	charakteristisch
Identität	Prüfung entspricht	Prüfung entspricht
Relative Dichte	0,875 bis 0,878	0,877
Gehalt Wasser	36,2 bis 38,3 % (m/m)	37,0 % (m/m)
Gehalt 2-Propanol	61,7 bis 63,8 % (m/m)	63,0 % (m/m)
Inhaltsmenge	500,0 ± 15 ml Durchschnittliche Inhaltsmenge: Mindestens 500,0 ml	entspricht 503,4 ml

Hiermit wird bescheinigt, dass obiges Produkt nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln hergestellt und geprüft wurde und der vorgegebenen Spezifikation zum Zeitpunkt der Freigabe entspricht.

Königsee, 07.12.2023
Ort, Datum



Samuel Schnabel
Sachkundige Person, § 14 AMG